

附件

序号	产品名称	采购数量	规格型号	单价 (元)	合价 (元)
1	骨密度仪	1 台	成人: T 值、Z 值、 同龄比、成人比、 骨骼的生理年龄 (PAB)、 预期发 生骨质疏松的年 龄 (EOA)、相对骨 折风险 (RRF), 骨 强度指数 (BQI) 儿童: Z 值、骨骼 的 生 理 年 龄 (PAB)、 身高预 测、肥胖度, BMI 指数	35000.00	35000.00

2	木制中药 柜	3 组	全樟松木榫卯结构，抽屉面也做成樟松木。 1. 2X0.45X2.16m 的 1 组。 2. 5X0.45X2.15m 的 2 组。	7500.00	22500.00
3	艾灸支架 排烟款	9 组	双头落地式	98.00	882.00
4	加厚紫砂 艾灸罐	9 组	紫砂加厚	55.00	495.00

5	中大型中药粉碎机	1 台	功率 2000W, 转速 25000r/min, 重量 11.5Kg	2483.00	2483.00
6	铜制砭石刮痧板	4 副	1, 18cm 全铜砭石刮痧板	65.00	260.00

7	软组织伤痛治疗仪	1 台	1、单通道柜式机型,标配颈肩温热导子; (可提供相关证书) 2、3.5 英寸彩色液晶显示屏; 3、磁场强度: 0 ~ 38mT; 4、 振动频率: 50Hz±1Hz; 5、具有六种工作模式选择 (1s、2s、2.5s、3s、4s、5s); 模式 1: 工作周期为 1s, 频率 1Hz , 占空比 10%; 模式 2: 工作周期为 2s, 频率 0.5Hz, 占空比 10%; 模式 3: 工作周期为	28000.00	28000.00
---	----------	-----	--	----------	----------

			2.5s , 频 率 0.4Hz, 占空比 8%; 模式 4: 工 作周期为 3s, 频 率 0.33Hz, 占空 比 13.33%; 模 式 5: 工作周期 为 4s , 频 率 0.25Hz, 占空比 25%; 模式 6: 工 作周期为 5s, 2 种脉冲交替, 第 一 种 : 频 率 0.71Hz, 占空比 29%, 第 二 种 : 频 率 0.28Hz, 占空比 11%。 6、加热方式: 40℃ 、 46℃ 、 52℃、58℃、常温 五个档可调, 误		
--	--	--	---	--	--

			差为$\pm 2^{\circ}\text{C}$; 7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60°C; 8、时间选择：1 ~ 60 分钟可调，步距增量为 1 分钟，误差为 $\pm 10\%$; 9、连续工作时间：> 8h; 10、电源参数:AC 220V$\pm 10\%$; 电源频率：50Hz$\pm 2\%$; 11、磁体数量及物理尺寸：热磁		
--	--	--	---	--	--

			振子数量： 8 个;		
8	中频干扰 电疗仪	6 台	产品尺寸：(长) 307.8mm * (宽) 253.8mm * (高) 127.8mm 27、电源线长度： 1.8m 连接线长度： 1.55m 转换线长度： 0.29m 符合 GB 9706.1-	6000.00	36000.00

			2007、YY 0951-2015 和 YY 0607-2007 中适用的要求		
9	脉冲针灸治疗仪	6 台	脉冲重复频率 1 Hz±0.5 Hz ~ 100Hz±10Hz 连续可调; 脉冲宽度: 0.5ms±0.15ms; 连续波在 250Ω 负载上输出脉冲幅度 10V±20%, 输出五种波形: 连续波、疏密	680.00	4080.00

			波、间歇波、三角波、锯齿波; 250Ω 负载上最大输出电流有效值 $\leq 10\text{ mA}$; 具有定时功能, 定时范围 (0 ~ 60) min $\pm 10\%$ 。		
总报价 (元)	129700.00 (元) 大写: 壹拾贰万玖仟柒佰元整				

采购人信息

名称: 澄江市医共体总医院九村分院

地址: 玉溪市澄江市九村镇九龙街 15 号

联系人: 张老师 联系电话 13759064402

采购代理机构信息

名称: 云南信尚工程管理咨询有限公司

联系地址: 玉溪市红塔区抚仙路 49 号 6 楼 609 室

联系人: 赵师 联系电话: 0877-2295200、17387721161

